



KP 2020-2021 near. 11-11
pot 19.

PROWATER-ECOSISTEM S.R.L.

Reg. Com. J29/679/2010

CUI 26972258

Cont ING Bank - RO 18 INGB 0000 9999 0197 3664

APROBAT:

Membru al Directoratului -Ing. Sef


D. Dănulescu

« 20 » 11 2019

TEMA TEHNICĂ

privind achizitie aparat distilat apa pentru Laborator Ape uzate Prowater-Ecosistem

- | | |
|--|---|
| 1. Beneficiar: | PETROTEL-LUKOIL S.A. Ploiesti, Romania |
| 2. Scop: | Achizitia unui aparat distilat apa, în conformitate cu cerintele standardului EN ISO 3696, apa calitate 3.

De mentionat, ca in Laboratorul Ape uzate se efectueaza incercari de laborator la intrarea in statia de epurare, la iesire din treapta fizico chimica, la iesire din staia de epurare si la evacuarea in raul Teleajen a Petrotel Lukoil, punct care este controlat lunar de ANAR ADB Buzau conform obligatiilor societatii prevazute in AGA a Petrotel-Lukoil cu nr:40 din 29.03.2017. |
| 3. Termenul de prezentare a ofertei teh.-comerciale: | 30 zile calendaristice de la primirea cererii de ofertă |
| 4. Descrierea situatiei | La efectuarea incercarilor de laborator se utilizeaza apa distilata, care conform standardelor dupa care se efectueaza analizele |



Ploiești, Str. Mihai Bravu, Nr. 235, Clădirile C52, C53, C51, județul Prahova

Tel / Fax.: +4 (0) 244 504 247

E-mail: office@prowaterecosistem.ro



DRMU-0791-22.01.20



PROWATER-ECOSISTEM S.R.L.

Reg. Com. J29/679/2010

CUI 26972258

Cont ING Bank - RO 18 INGB 0000 9999 0197 3664

actuale:

trebuie sa fie apa de calitate 3, conform EN ISO 3696.

In Laboratorul Ape uzate sunt acreditate coform RENAR, 27(douazeci si sapte) incercari de laborator. La majoritatea analizelor, standardele dupa care se efectueaza incercarile de laborator, impun o anumita concentratie si o anumita absorbanta a probei martor, acestea fiind direct legate de calitatea apei uzate.

5. Principalele cerinte:

5.1. Furnizorul echipamentului va asigura punerea în functiune a acestuia.

5.2. Echipamentul achizitionat trebuie să fie în conformitate cu cerintele standardului EN ISO 3696, apa calitate 3.

5.3. Echipamentul trebuie să îndeplinească următoarele cerinte tehnice :

- capacitate de distilare : 8litri/ora
- calitatea distilatului : in conformitatea cu DAB, fara bacterii si pirogen, continut scazut de gaz
- conductivitate : < 1µS/cm
- apa racire necesara : aprox.72 litri/ora
- conditii de mediu : numai in cladiri(nu imi medii cu pericol de explozii)
- temperatura ambianta : + 10°C ...40°C

5.4. Asigurarea unei garantii de functionare de minim 2 ani.

6. Conditii de amenajare:

6.1 Se vor respecta normele si legislatia de protectie a muncii si PSI în vigoare în UE.

6.2. Manualul de operare va fi predat în limba română si pe suport electronic.

7. Alte cerinte privind oferta teh.-comercială

7.1. Ofertantul va asigura instruirea personalului, asistenta tehnică si punerea în functiune în perioada de garantie si postgarantie.

Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

Ploiești, Str. Mihai Bravu, Nr. 235, Clădirile C52, C53, C51, județul Prahova

Tel / Fax.: +4 (0) 244 504 247

E-mail: office@prowaterecosistem.ro



DRMU-0791-22.01.20



PROWATER-ECOSISTEM S.R.L.

Reg. Com. J29/679/2010

CUI 26972258

Cont ING Bank - RO 18 INGB 0000 9999 0197 3664

7.2. Se vor prevedea conditiile de furnizare a echipamentelor care vor fi însoțite de certificatele de calitate .

7.3. Conditii si termene de livrare;

Director General Prowater-Ecosistem SRL

M.Z. Dunka

Sef Laborator Ape uzate

A.Ancu

Inginer Petrochimist

I. Badea



DRMU-0791-22.01.20

Member of CISO Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

Ploiești, Str. Mihai Bravu, Nr. 235, Clădirile C52, C53, C51, județul Prahova

Tel / Fax.: +4 (0) 244 504 247

E-mail: office@prowaterecosistem.ro