

APROBAT:
Presedinte al Directoratului Director General
Executiv- Inginer Sef
Dan Dănulescu

SPECIFICATIE TEHNICĂ
APARAT DETERMINARE CCOCr BEHR

1. UTILIZARE

Pentru determinarea consumului chimic de oxygen dizolvat din apele uzate, este necesar ca atat carbonul organic cat si cel anorganic sa fie oxidat in prezenta unui catalizator, prin fierbere cu refluxare pe o durata determinata (digestor).

2. CERINTE TEHNICE

- Nr.de locuri/ tuburi cu probe :20
- Volum tuburi digestive :250 ml
- Diametru tuburi digestive: 42 mm
- Domeniu de temperature: pana la 450°C
- Stabilitate si precizie temperature : $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- Calibrare temperature: automata
- Domeniu de durata digestie: 1-999 min
- Cicluri selectabile :1 la 4 per program

3. ACCESORII RECOMANDATE DACA ECHIPAMENTUL SE ALIMENTEAZA DIRECT DE LA RETEAUA DE APA

- Tub pentru analiza
- System sustinere
- Suport eprubete
- Capac de aspiratie si tavita de scurgere

4. ALTE CERINTE

4.1 Instalare si training: instalarea echipamentului si instruirea utilizatorilor cu privire la functionare si intretinere

4.2 Documentatie:

- manual de operare în limba română

- certificate de calitate si conformitate

- certificat etalonare conform RENAR

4.3 Garantie: 24 luni

4.4. Intretinere: suport obligatoriu minim de 10 ani, cu piese de schimb și reparații de service

Avizat:

Director General Prowater-Ecosistem,



Mihaela Dunka

Întocmit:

Sef Laborator Ape Uzate,



Adriana Ancu