

Aprobat:

Presedinte al Directoratului – Director General Executiv-
Inginer Sef
Dan Dănulescu



SPECIFICATIE TEHNICĂ AGITATOR CU ÎNCĂLZIRE CU 10 LOCATII – LABORATOR APE UZATE

1. UTILIZARE

Agitatorul cu încălzire cu 10 locatii este utilizat la încălzirea probelor de apă folosite la determinarea substanței organice, a sulfatilor, la pregătirea reactivilor de laborator

2. CERINTE TEHNICE

- număr pozitii: 10
- viteză de rotație: 0-1000rpm
- domeniu temperatură: 20-120°C

3. ALTE CERINTE

3.1 Instalare si training: instalarea echipamentului si instruirea utilizatorilor cu privire la functionare si întreținere

3.2 Documentatie:

- manual de operare în limba română
- certificate de calitate si conformitate

3.3 Garantie: 12 luni

3.4. Intretinere: suport obligatoriu minim de 10 ani, cu piese de schimb și reparații de service

Avizat:

Director General Prowater-Ecosistem,



Mihaela Dunka

Întocmit:

Sef Laborator Ape uzate,



Adriana Ancu